

		<p>aktivitātes), alergijas, dzirdes traucējumu vēsture, ietekme, problēmas</p> <ul style="list-style-type: none"> - tonālā audiometrija -mērījumu rezultātu apspriešana ar klientu, viņa vecākiem, izskaidrojums -ierīces uzbūve, tehniskās iespējas, ierobežojumi -pielāgošanas manipulācijas atbilstoši audiogrammai, vecumam, iepriekšējai pieredzei, -tolerances tests un precīzā pieregulēšana -lietošanas apmācība, instrukcijas izskaidrošana, pierašanas „soli pa solim” procedūras izskaidrošana - otoskopija un otoplastika (individuālā ieliktna izgatavošana) - atkārtota pieregulēšana (mēneša laikā pēc pirmreizējās apkalpošanas) - dzirdes aparātu darbības kvalitātes un atbilstības pārbaude, - (atkārtota) dzirdes aparātu lietošanas apmācība pēc vajadzības, - dzirdes aparātu (t.sk. garantijas) remonta nodrošinājums, 	<p>7) bērna ausij piemēroti skaņas radziņi</p> <p>8) baterijas turētāja noslēdzējs (zīdaiņiem un maziem bērniem)</p> <p>9) papildiespējas (opcijas)</p> <p>10) lietošanas instrukcija latviešu valodā</p> <p>11) servisa nodrošinājums (komplektējošo piederumu piegādes apliecinājums, speciālista CV, vai līgums par servisa nodrošinājumu)</p> <p>12) otoplastikas izejmateriālu drošības datu lapas latviešu valodā,</p> <p>13) EC Certificate, CE marķējums, Declaration of conformity uz katru modeli.</p>	<p>Dzirdes aparāta modelis.....</p> <p>Dzirdes aparāta modelis.....</p> <p><u>Pakalpojuma apraksts</u></p>
--	--	--	--	---

		<p>-dzirdes aparātu stacionārs nodrošinājums ar komplektējošajiem piederumiem, barošanas elementiem.</p> <p>- klienta vai viņa vecāku konsultēšanu par dzirdes aparātu pielietošanas funkcijām, iespējamajiem traucējumiem, savienojamību ar citiem elektroakustiskajiem skaņu avotiem</p> <p>-informācijas nodrošinājums par (bezmaksas) tehnisko palīgīdzekļu saņemšanas iespējām Latvijā, klientu tiesībām uz šo palīdzību</p> <p>- administratīvā akta – lēmuma saņemšana no LNS, līguma slēgšana ar klientu</p>		
2	<p>Dzirdes aparāts smagas, ļoti smagas pakāpes vājdzirdībai Personām ar IV pakāpes vājdzirdību 65-90dB un V pakāpes vājdzirdību no 90dB Frekvencēs : 500, 1000 un 2000Hz</p>	<p><u>Surdotehniskais palīgīdzeklis, komplektējošie piederumi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Digitālie dzirdes aparāti, • Individuālais akrila/silikona ieliktnis • Baterija dzirdes aparātam, <p><u>Pakalpojuma specifikācija</u></p> <p>- klienta datu pārbaude, apkalpošanas organizēšana, teritoriālā pārklājuma nodrošinājums,</p> <p>-ievada intervija ar klientu vai/un viņa vecākiem/pedagogu - vispārējie jautājumi (dzīves prasmes, pieredzes, stils, veselības stāvoklis, ģimene, darbs, sabiedriskās aktivitātes), alerģijas, dzirdes traucējumu</p>	<p><u>Dzirdes aparāta tehniskie parametri atbilstoši IEC 118-0 un IEC-118-7 standartiem un iespējamās specifikācijas</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) maksimālais izejas līmenis (OSPL 90) 2) pastiprinājums (Full-on-Gain) 3) frekvenču diapazons 4) skaļuma regulēšanas iespējas (VC) 5) pastiprinājuma pielāgošanas iespējas 6) indukcijas spole (T funkcija) 	<p>Dzirdes aparāta modelis.....</p> <p>Dzirdes aparāta modelis.....</p> <p>Dzirdes aparāta modelis.....</p>

		<p>vēsture, ietekme, problēmas</p> <ul style="list-style-type: none"> - tonālā audiometrija -mērījumu rezultātu apspriešana ar klientu, viņa vecākiem, izskaidrojums -ierīces uzbūve, tehniskās iespējas, ierobežojumi -pielāgošanas manipulācijas atbilstoši audiogrammai, vecumam, iepriekšējai pieredzei, -tolerances tests un precīzā pieregulēšana -lietošanas apmācība, instrukcijas izskaidrošana, pierašanas „soli pa solim” procedūras izskaidrošana - otoskopija un otoplastika (individuālā ieliktna izgatavošana) - atkārtota pieregulēšana (mēneša laikā pēc pirmreizējās apkalpošanas) - dzirdes aparātu darbības kvalitātes un atbilstības pārbaude, - (atkārtota) dzirdes aparātu lietošanas apmācība pēc vajadzības, - dzirdes aparātu (t.sk. garantijas) remonta nodrošinājums, -dzirdes aparātu stacionārs nodrošinājums ar 	<ul style="list-style-type: none"> 7) bērna ausij piemēroti skaņas radziņi 8) baterijas turētāja noslēdzējs (zīdaiņiem un maziem bērniem) 9) papildiespējas (opcijas) 10) lietošanas instrukcija latviešu valodā 11) servisa nodrošinājums (komplektējošo piederumu piegādes apliecinājums, speciālista CV, vai līgums par servisa nodrošinājumu) 12) otoplastikas izejmateriālu drošības datu lapas latviešu valodā, 13) EC Certificate, CE marķējums, Declaration of conformity uz katru modeli. 	<p>Dzirdes aparāta modelis.....</p> <p>Dzirdes aparāta modelis.....</p> <p><u>Pakalpojuma apraksts</u></p>
--	--	--	---	---

		<p>komplektējošajiem piederumiem, barošanas elementiem.</p> <p>- klienta vai viņa vecāku konsultēšanu par dzirdes aparātu pielietošanas funkcijām, iespējamajiem traucējumiem, savienojamību ar citiem elektroakustiskajiem skaņu avotiem</p> <p>-informācijas nodrošinājums par (bezmaksas) tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas iespējām Latvijā, klientu tiesībām uz šo palīdzību</p> <p>- administratīvā akta – lēmuma saņemšana no LNS, līguma slēgšana a</p>		
3.	<p>Kaula vadāmības dzirdes aparāti</p>	<p><u>Surdotehniskais palīglīdzeklis, komplektējošie piederumi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dzirdes aparāts un kaula vadāmības telefons ar stīpu • Baterija dzirdes aparātam. <p><u>Pakalpojuma specifikācija:</u></p> <p>- klienta datu pārbaude, apkalpošanas organizēšana, teritoriālā pārklājuma nodrošinājums,</p> <p>-ievada intervija ar klientu vai/un viņa vecākiem/pedagogu - vispārējie jautājumi (dzīves prasmes, pieredzes, stils, veselības stāvoklis, ģimene, darbs, sabiedriskās aktivitātes), alerģijas, dzirdes traucējumu vēsture, ietekme, problēmas</p>	<p><u>1. Dzirdes aparāta modeļa tehniskie parametri atbilstoši IEC 118-0 un IEC-118-7 standartiem un iespējamās specifikācijas</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) maksimālais izejas līmenis (OSPL 90) 2) pastiprinājums (Full-on-Gain) 3) frekvenču diapazons 4) skaļuma regulēšanas iespējas (VC) 5) pastiprinājuma pielāgošanas iespējas 6) indukcijas spole (T funkcija) 7) bērna galvai piemērota kaula 	<p>Dzirdes aparāta modelis.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Dzirdes aparāta modelis.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Dzirdes aparāta modelis.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

		<p>- tonālā audiometrija</p> <p>-mērījumu rezultātu apspriešana ar klientu, viņa vecākiem, izskaidrojums</p> <p>-ierīces uzbūve, tehniskās iespējas, ierobežojumi</p> <p>-pielāgošanas manipulācijas atbilstoši audiogrammai, vecumam, iepriekšējai pieredzei,</p> <p>-tolerances tests un precīzā pieregulēšana</p> <p>-lietošanas apmācība, instrukcijas izskaidrošana, pierašanas „soli pa solim” procedūras izskaidrošana</p> <p>- otoskopija,</p> <p>- atkārtota pieregulēšana (mēneša laikā pēc pirmreizējās apkalpošanas)</p> <p>- dzirdes aparātu darbības kvalitātes un atbilstības pārbaude,</p> <p>- (atkārtota) dzirdes aparātu lietošanas apmācība pēc vajadzības,</p> <p>- dzirdes aparātu (t.sk. garantijas) remonta nodrošinājums,</p> <p>-dzirdes aparātu stacionārs nodrošinājums ar komplektējošajiem piederumiem, barošanas elementiem.</p>	<p>vadāmības stīpa</p> <p>8) baterijas turētāja noslēdzējs (zīdaiņiem un maziem bērniem)</p> <p>9) papildiespējas (opcijas)</p> <p>10) lietošanas instrukcija latviešu valodā</p> <p>11) servisa nodrošinājums (komplektējošo piederumu piegādes apliecinājums, speciālista CV, vai līgums par servisa nodrošinājumu</p> <p>12) EC Certificate, CE marķējums, Declaration of conformity uz katru modeli.</p>	<p>Dzirdes aparāta modelis.....</p> <p>.....</p> <p>Dzirdes aparāta modelis.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><u>Pakalpojuma apraksts</u></p>
--	--	---	--	--

		<p>- klienta vai viņa vecāku konsultēšanu par dzirdes aparātu pielietošanas funkcijām, iespējamajiem traucējumiem, savienojamību ar citiem elektroakustiskajiem skaņu avotiem</p> <p>-informācijas nodrošinājums par (bezmaksas) tehnisko palīgīdzekļu saņemšanas iespējām Latvijā, klientu tiesībām uz šo palīdzību</p> <p>- administratīvā akta – lēmuma saņemšana no LNS, līguma slēgšana ar klientu.</p>		
--	--	--	--	--

Pretendenta pārstāvis: _____ (paraksts)